

广安市养老服务中心配套基础设施及附属工程 集中供氧系统专业发包项目更正公告

致各潜在供应商：

现对“广安市养老服务中心配套基础设施及附属工程集中供氧系统专业发包”（项目编号：FZZX2025097）竞争性谈判文件以下内容进行更正：

1、“第五章 采购项目详细要求”“二、技术、服务要求”“1、技术性能指标”中“细菌过滤器”的技术参数“经过过滤后排气口每立方米细菌数数量不得超过 25 个”更正为：“经过过滤后排气口每立方米细菌数数量不得超过 500 个”。

2、“第五章 采购项目详细要求”“二、技术、服务要求”“1、技术性能指标”中“中心供氧系统”、“自动控制柜”和“细菌过滤器”的技术参数要求提供“供应商应在响应文件中承诺中标后提供省医疗器械检测中心出具的检测报告原件备查，格式自拟”统一更正为：“供应商应在响应文件中承诺中标后提供第三方检测机构出具的检测报告原件备查，格式自拟”。

本次更正内容与谈判文件有表述不一致的地方以本次更正内容为准，谈判文件其他内容不作调整，给大家带来的不便之处敬请谅解。

采购人：四川广安爱众建设工程有限公司

采购代理机构：广安发展咨询服务有限公司

2025 年 3 月 31 日